

| Kategorizační strom |  | Popis   | Indikační omezení  |
|---------------------|--|---|--|
| 07                  | ZP pro pacienty s poruchou mobility                |   |  |
| 07.01               | vozíky + příslušenství                             |   |  |
| 07.01.01            | mechanické vozíky                                  |   |  |
| 07.01.01.01         | mechanické vozíky - základní                       | nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenství   | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru  |
| 07.01.01.02         | mechanické vozíky - základní, variabilní           | nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba krátkých či dlouhých bočnic; možnost doplnit příslušenstvím (např. adaptér těžiště, polohovací podnožky)   | středně těžké až úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru; zachovaná funkce horních končetin   |
| 07.01.01.03         | mechanické vozíky - odlehčené, základní            | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení   | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin  |
| 07.01.01.04         | mechanické vozíky - odlehčené, částečně variabilní | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním odlehčeném ručně poháněném vozíku (07.01.01.03)  |
| 07.01.01.05         | mechanické vozíky - odlehčené, variabilní          | konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 38 až 48 cm; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení; volba délky područek; volba zadním a předních kol; volba výšky zad i hloubky sedu | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním (07.01.01.03) ani částečně variabilním (07.01.01.04) odlehčeném ručně poháněném vozíku |
| 07.01.01.06         | mechanické vozíky - aktivní                        | vozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opěry; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kol   | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti (d 4500); k zajištění samostatné mobility v interiéru a v exteriéru pro vysoce aktivní uživatele (d 465) pro realizaci pracovní a pedagogické rehabilitace; zachovaná funkce horních končetin   |
| 07.01.01.07         | mechanické vozíky - dětské, odlehčené, variabilní  | volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v základní výbavě  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru u osoby malého vzrůstu, kdy nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném základním vozíku (07.01.01.03)   |
| 07.01.01.08         | mechanické vozíky - dětské, aktivní                | volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v minimální výbavě  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru u osoby malého vzrůstu, kdy nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném základním vozíku (07.01.01.03)  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 07.01.01.09 | mechanické vozíky - speciální, nadměrné              | -  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních končetin; pacienti od 121 do 180 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi  |
| 07.01.01.10 | mechanické vozíky - speciální, jednopákové           | -  | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky  |
| 07.01.01.11 | mechanické vozíky - speciální, dvouobručové          | -  | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky  |
| 07.01.01.12 | mechanické vozíky - speciální, vertikalizační        | -  | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky; k zajištění potřebné osově zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu  |
| 07.01.01.13 | mechanické vozíky - speciální, multifunkční          | šíře sedačky minimálně 40 až 46 cm; anatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické (teleskopické) polohování sedačky a zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečka   | specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky  |
| 07.01.02    | <b>elektrické vozíky</b>                             |  |  |
| 07.01.02.01 | elektrické vozíky - převážně interiérové, základní   | nosnost minimálně 100 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenství  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech   |
| 07.01.02.02 | elektrické vozíky - převážně interiérové, variabilní | nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou 40 Ah; minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; bezpečnostní pás  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; stavy kdy nelze nastavit správný sed na základním elektrickém vozíku |
| 07.01.02.03 | elektrické vozíky - exteriérové, variabilní          | nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech   |

|             |  |  |   |
|-------------|--|--|---|
| 07.01.02.04 | elektrické vozíky - exteriérové, s elektrickým polohováním a anatomickým sedem | nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné anatomické prvky sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou alespoň 60 Ah, minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na variabilním vozíku (07.01.02.03); těžké obtíže v udržení vzpřímené pozice těla vsedě bez opory zad; pacienti s poruchou trofiky tkání (včetně sedací oblasti) s předpokladem tvorby dekubitů, nebo těžkou nebo úplnou poruchou čítí v těchto oblastech |
| 07.01.02.05 | elektrické vozíky - exteriérové, speciální, vertikalizační                     | nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta  | trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; k zajištění potřebné osově zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu  |
| 07.01.03    | příslušenství k vozíkům  |  |   |
| 07.01.03.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkům                   | -  | postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pacientovi samostatnou lokomoci při zachované funkci horních končetin   |
| 07.01.03.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkům                   | -  | indikace pro mechanický vozík v kombinaci<br>a) s postižením horních končetin nebo<br>b) se závažným chronickým onemocněním vylučujícím použití mechanických vozíků   |
| 07.02       | zdravotní kočárky + příslušenství  |  |   |
| 07.02.01    | zdravotní kočárky - nepolohovací   |  |   |
| 07.02.01.01 | zdravotní kočárky - nepolohovací   | -  | od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku   |
| 07.02.02    | zdravotní kočárky - částečně polohovací  |  |   |
| 07.02.02.01 | zdravotní kočárky - částečně polohovací  | -  | od 2 let; nutnost částečného polohování a fixace; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku   |
| 07.02.03    | zdravotní kočárky - plně polohovací  |  |   |
| 07.02.03.01 | zdravotní kočárky - plně polohovací  | -  | od 2 let; těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku   |
| 07.02.04    | podvozky pro sedací ortézy   |  |   |
| 07.02.04.01 | podvozky pro sedací ortézy   | -  | po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem  |
| 07.02.05    | příslušenství ke zdravotním kočárkům   |  |   |
| 07.02.05.01 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné   | -  | od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku   |

|             |  |  |   |
|-------------|--|--|---|
| 07.02.05.02 | příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézy | -  | po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem  |
| 07.03       | podpůrné ZP pro lokomoci   |  |   |
| 07.03.01    | berle  |  |   |
| 07.03.01.01 | berle - podpažní   | -  | omezený pohyb dolních končetin  |
| 07.03.01.02 | berle - předloketní  | -  | omezený pohyb dolních končetin  |
| 07.03.01.03 | berle - předloketní, speciální                                       | berle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojité stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí) | dlouhodobě omezený pohyb dolních končetin   |
| 07.03.01.04 | berle - vícebodové   | -  | omezený pohyb dolních končetin při jednostranném postižení  |
| 07.03.02    | chodítka   |  |   |
| 07.03.02.01 | chodítka - 2kolová   | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; snížená pohybová funkce horních končetin a trupu  |
| 07.03.02.02 | chodítka - 3kolová   | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění soběstačnosti v exteriéru; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy  |
| 07.03.02.03 | chodítka - 4kolová   | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění soběstačnosti i v exteriéru; středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy |
| 07.03.02.04 | chodítka - 4bodová   | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pacient není schopen bezpečně ovládat brzdy   |
| 07.03.02.05 | chodítka - 4bodová kloubová  | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; potřeba setrvalé opory při chůzi; lehké obtíže v udržení pozice těla ve stoje   |
| 07.03.02.06 | chodítka - s podpůrnými prvky, kolová                                | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro použití v interiéru; středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v měnění polohy vsedě                                      |
| 07.03.02.07 | chodítka - dětská  | -  | středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro nácvik chůze  |
| 07.03.03    | opěrné kozičky   |  |   |
| 07.03.03.01 | opěrné kozičky   | -  | omezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita  |
| 07.04       | prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně             |  |   |
| 07.04.01    | sedačky  |  |   |
| 07.04.01.01 | sedačky - sprchové, do vany, na vanu                                 | nejedná se o zdravotnické prostředky   | obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a poloha vsedě  |
| 07.04.02    | sprchová křesla  |  |   |
| 07.04.02.01 | sprchová křesla - pevná  | nejedná se o zdravotnické prostředky   | středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti (cca 20 m)   |
| 07.04.02.02 | sprchová křesla - pojízdná   | nejedná se o zdravotnické prostředky   | středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti  |
| 07.04.03    | klozetová křesla   |  |   |
| 07.04.03.01 | klozetová křesla - pevná   | nejedná se o zdravotnické prostředky   | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a poloha vsedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti   |
| 07.04.03.02 | klozetová křesla - pojízdná  | nejedná se o zdravotnické prostředky   | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a poloha vsedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti   |

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| 07.04.04    | kombinovaná křesla   |   |  |
| 07.04.04.01 | kombinovaná křesla   | nejedná se o zdravotnické prostředky  | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a poloha v sedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti   |
| 07.04.04.02 | kombinovaná křesla - pojízdná  | nejedná se o zdravotnické prostředky  | středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a poloha v sedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti   |
| 07.04.05    | nástavce na WC   |   |  |
| 07.04.05.01 | nástavce na WC   | nejedná se o zdravotnické prostředky  | porucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí  |
| 07.04.06    | vanové zvedáky + příslušenství   |   |  |
| 07.04.06.01 | vanové zvedáky - elektrické  | nejedná se o zdravotnické prostředky  | výrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin   |
| 07.04.07    | vanová lehátka   |   |  |
| 07.04.07.01 | vanová lehátka - dětská, polohovací  | nejedná se o zdravotnické prostředky  | od 3 do 18 let včetně; těžká porucha funkce pohybu dolních končetin a trupu; případně středně těžká porucha psychomotorických funkcí; vylučuje úhradu vanového zvedáku   |
| 07.05       | ZP pro ležící pacienty   |   |  |
| 07.05.01    | polohovací lůžka   |   |  |
| 07.05.01.01 | polohovací lůžka - mechanická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná                              | -   | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemísťování - přesun vleže a vsedě; k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; s prokazatelně zajištěnou schopností a dostupností obsluhy mechanického polohování pečující osobou   |
| 07.05.01.02 | polohovací lůžka - elektrická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná                              | -   | dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemísťování - přesun vleže a vsedě; k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat a nebo je toho schopna pečující osoba, která je prokazatelně neschopná obsluhy mechanického polohování z důvodu poruch funkcí neuromuskuloskeletálních a funkcí vztahujících se k pohybu u této pečující osoby |
| 07.05.02    | polohovací zařízení + příslušenství  |   |  |
| 07.05.02.01 | polohovací zařízení - pro sezení   | -   | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti  |
| 07.05.02.02 | polohovací zařízení - pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetin | v základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opěra; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opěry; individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozek | těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; ke korekci těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a dolních končetin); vylučuje úhradu trupové ortézy pro sed   |



|             |   |                                      |  |
|-------------|---|--------------------------------------|--|
| 07.05.02.03 | polohovací zařízení - vertikalizační, včetně příslušenství                                  | -                                    | těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění potřebné osově zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu |
| 07.05.02.04 | příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízením pro sezení                      | -                                    | potřeba polohování a stabilizace v určité poloze   |
| 07.05.03    | pojízdné zvedáky + příslušenství  |                                      |  |
| 07.05.03.01 | pojízdné zvedáky  | nejedná se o zdravotnické prostředky | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemísťování -přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž |
| 07.05.03.02 | závěsy k pojízdným zvedákům   | nejedná se o zdravotnické prostředky | stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemísťování -přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž |
| 07.05.04    | příslušenství k ZP pro ležící pacienty  |                                      |  |
| 07.05.04.01 | hrazdy s hrazdičkou - samostatně stojící  | nejedná se o zdravotnické prostředky | těžké obtíže v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemísťování - přesun vleže a vsedě; vylučuje nárok na úhradu polohovacího lůžka  |
| 07.06       | antidekubitní ZP  |                                      |  |
| 07.06.01    | antidekubitní matrace + příslušenství   |                                      |  |
| 07.06.01.01 | antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní, při nízkém riziku vzniku dekubitů   | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16  |
| 07.06.01.02 | antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní, při středním riziku vzniku dekubitů | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14  |
| 07.06.01.03 | antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní - při vysokém riziku vzniku dekubitů | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14  |
| 07.06.01.04 | kompresory k antidekubitním matracím - aktivním   | -                                    | pacienti s rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého používání  |
| 07.06.02    | antidekubitní podložky a antidekubitní pomůcky do vozíků                                    |                                      |  |
| 07.06.02.01 | antidekubitní podložky - při vysokém riziku vzniku dekubitů                                 | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14  |
| 07.06.02.02 | antidekubitní podložky - sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitů                          | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16 nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; mobilita na vozíku  |

|             |  |                                      |   |
|-------------|--|--------------------------------------|---|
| 07.06.02.03 | antidekubitní podložky - sedací, při středním riziku vzniku dekubitů | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14 nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin; mobilita na vozíku  |
| 07.06.02.04 | antidekubitní podložky - sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitů  | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čítí v sedací oblasti - hýždě, zadní strana stehna; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin; mobilita na vozíku |
| 07.06.02.05 | antidekubitní podložky - zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitů  | -                                    | klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá a nebo trvalá mobilita na vozíku  |
| 07.07       | servisní zákroky   |                                      |   |
| 07.07.01    | opravy a úpravy vozíků   |                                      |   |
| 07.07.01.01 | opravy vozíků - mechanických   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.01.02 | opravy vozíků - elektrických   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.01.03 | úpravy vozíků - mechanických   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.01.04 | úpravy vozíků - elektrických   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.02    | opravy a úpravy zdravotních kočárků                                  |                                      |   |
| 07.07.02.01 | opravy zdravotních kočárků   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.02.02 | úpravy zdravotních kočárků   | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.03    | opravy vanových zvedáků  |                                      |   |
| 07.07.03.01 | oprava vanových zvedáků  | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.04    | opravy a úpravy nebo úpravy polohovacích lůžek                       |                                      |   |
| 07.07.04.01 | opravy polohovacích lůžek  | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.04.02 | úpravy polohovacích lůžek - prodloužení                              | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.05    | opravy polohovacích zařízení   |                                      |   |
| 07.07.05.01 | opravy polohovacích zařízení - pro sezení                            | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.05.02 | opravy polohovacích zařízení - vertikalizačních                      | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.06    | opravy pojízdných zvedáků  |                                      |   |
| 07.07.06.01 | opravy pojízdných zvedáků - mechanických                             | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |
| 07.07.06.02 | opravy pojízdných zvedáků - elektrických                             | nejedná se o zdravotnické prostředky | -   |